



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022**  
**PROCESSO LICITATÓRIO 02/2022 - FMS**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) GESTOR DO FMS, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Aquisição de equipamentos odontológicos para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde, homologado através da Portaria GM/MS nº 3.473 de 17 de dezembro de 2020.*

**Fornecedor : BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - 29.312.896/0001-26**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	2,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COM 2 HP DE POTÊNCIA E ISENTO DE ÓLEO. PROPORCIONA MAIOR VAZAO DE AR SUPRINDO A NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E EVITANDO POSSÍVEIS DANOS A PEÇAS DE MÃO. POSSUI DRENO NO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO. POTÊNCIA 2 HP. FLUXO DE AR: MODELO 220V COM 60HZ COM 210 (TEORICO) TANQUE (L): 40 LITROS; PESO LÍQUIDO: 45 KG; DIMENSÕES 45 X 45 X 72CM; PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI +/- 10%; TENSÃO E FREQUÊNCIA MODELO 220V 60HZ: MONOFÁSICO AC 220V +/-1%; VÁLVULA DE SEGURANÇA OPERA QUANDO A RESSÃO EXCEDER 0,9 MPA; TAXA DE OPERAÇÃO/STAND BY 70/30(%) 30 MIN DE OPERAÇÃO CONTÍNUA EM MAIOR OU IGUAL A 5.5 BAR; CONSUMO (WATTS) 1.5 (UNIDADES). (Exclusiva ME ou EPP)	DENHTEWMED	PRIME AIR 50 - 110V OU 220V	R\$ 3.250,00	R\$ 6.500,00	R\$ 8.204,50	R\$ 16.409,00	60,39	R\$ 4.954,50
2	8,00	UND	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COM 2 HP DE POTÊNCIA E ISENTO DE ÓLEO. PROPORCIONA MAIOR VAZAO DE AR SUPRINDO A NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E EVITANDO POSSÍVEIS DANOS A PEÇAS DE MÃO. POSSUI DRENO NO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO. POTÊNCIA 2 HP. FLUXO DE AR: MODELO 220V COM 60HZ COM 210 (TEORICO) TANQUE (L): 40 LITROS; PESO LÍQUIDO: 45 KG; DIMENSÕES 45 X 45 X 72CM; PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI +/- 10%; TENSÃO E FREQUÊNCIA MODELO 220V 60HZ: MONOFÁSICO AC 220V +/-1%; VÁLVULA DE SEGURANÇA OPERA QUANDO A RESSÃO EXCEDER 0,9 MPA; TAXA DE OPERAÇÃO/STAND BY 70/30(%) 30 MIN DE OPERAÇÃO CONTÍNUA EM MAIOR OU IGUAL A 5.5 BAR; CONSUMO (WATTS) 1.5 (UNIDADES). (Ampla Participação)	DENTEMED	PRIME AIR 50 - 110V OU 220V	R\$ 3.250,00	R\$ 26.000,00	R\$ 8.204,50	R\$ 65.636,00	60,39	R\$ 4.954,50
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 32.500,00</b>								<b>Subtotal Orçado: R\$ 82.045,00</b>		<b>60,39%</b>	<b>R\$ 49.545,00</b>

**Fornecedor : DENTAL BH BRASIL - 31.401.798/0001-07**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
<i>em nome Ananda</i>											
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 3.320,00</b>								<b>Subtotal Orçado: R\$ 33.742,70</b>		<b>90,16%</b>	<b>R\$ 30.422,70</b>

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
3	10,00	UND	SELADORA: SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE SOLDA DE 30 CM. GUILHOTINA DE CORTE, SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT, PODENDO SER ALIMENTADO EM 220 VOLTS. COMPONENTES INJETADOS EM PLÁSTICO ABS, POLÍMERO RESISTENTE A IMPACTOS E A TEMPERATURA. COMPRIMENTO DE SOLDA 30 CENTÍMETROS. TEMPERATURA DE SOLDA – 160°C A 200°C. ESPESSURA DE SOLDA – 10 MILÍMETROS. TEMPO DE AQUECIMENTO – 4 A 7 MINUTOS. CARENAGEM – PLÁSTICO ABS INJETADO. TENSÃO – BIVOLT AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA – 50 / 60 HERTZ. POTÊNCIA 80 WATTS. DIMENSÕES (MM) – 80* X 470C X 94L. PESO – 0,972 KG. LÂMINA DA GUILHOTINA – BISTURI Nº 12. GARANTIA – 02 ANOS. (Exclusiva ME ou EPP)	BIOMECK	TOP SEAL PLUS	R\$ 332,00	R\$ 3.320,00	R\$ 3.374,27	R\$ 33.742,70	90,16	R\$ 3.042,27
<b>Subtotal Adjudicado R\$ 3.320,00</b>								<b>Subtotal Orçado: R\$ 33.742,70</b>		<b>90,16%</b>	<b>R\$ 30.422,70</b>

000386

**TOTAL GERAL DO PROCESSO**

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 35.820,00	R\$ 115.787,70	69,06%	79.967,70

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Propriá-SE, 20 de Maio de 2022

*Camille Aragão de Arruda*  
 CAMILLE ARAGÃO DE ARRUDA  
 GESTOR DO FMS

*Camille Aragão de Arruda*  
 Secretária Municipal de Saúde de Propriá  
 Decreto: 002/2022